


单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：潘永	
	职称：副主任医师	
	工作单位：广州医科大学附属第四医院	
项目信息	项目名称：动力系统耳钻手柄、刨削手柄采购项目	
	项目编号：GYSYSBZXDY202503	
	供应商名称：江西望闻贸易有限公司	
专业人员论证意见	目前我院使用的贵州梓锐动力系统 DL-PA，因医院手术量增加，原有的手柄、刨刀、磨钻头 etc 已不能满足业务增加需要，手术动力系统是精密仪器，其手柄、电机、刀具的接口精度要求非常高，在手术中差之毫厘失之千里，一旦不稳定必然增加手术风险，只有原厂生产的手柄及磨钻头 etc 可与原有设备配套使用，目前市面上无其他品牌配件可以兼容使用。建议采用单一来源采购方式进行采购。	
专业人员签字		日期：2025 年 8 月 26 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 姚某	
	职称： 工程师	
	工作单位： 口腔医院	
项目信息	项目名称： 动力系统耳钻手柄、刨削手柄采购项目	
	项目编号： GYSYSBZXDY202503	
	供应商名称： 江西望闻贸易有限公司	
专业人员论证意见	我院现有耳鼻喉科动力系统 DL-PA 为贵州梓锐科技有限公司研发和生产。由于手术量增加，需增加部分配件满足手术要求，动力系统是精密仪器，其配套的手柄、刀具属于专机专用配件，目前市场上没有其他品牌配件可以匹配使用，符合政府采购法第三十一条关于单一来源的政策法规及本院相关规定，建议采用单一来源方式进行采购。	
专业人员签字	姚某	日期： 2025 年 8 月 26 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 韩小梅	
	职称: 审计师	
	工作单位: 广医四院	
项目信息	项目名称: 动力系统耳钻手柄、刨削手柄采购项目 项目编号: GYSYSBZXDY202503	
	供应商名称: 江西望闻贸易有限公司	
专业人员论证意见	医院目前使用的贵州梓锐动力系统 DL-PA, 已不能满足临床的工作需求, 为了扩展诊疗工作, 需采购适配原设备的耳钻手柄、刨削手柄等配件一批, 据了解, 目前市面上除了原厂生产的手柄, 并无其他品牌产品可以兼容本设备, 只能采购贵州梓锐原厂配件, 才能使设备安全稳定运行。根据政府采购法第三十一条关于单一来源的政策法规及本院相关规定, 本次采购活动符合单一来源采购的方式。	
专业人员签字	韩小梅	日期: 2025 年 8 月 26 日